



Toruń, 10.11.2021

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „*dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego*”(nr sprawy: 7/2021)

Zmiana treści SWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

Na podstawie art. 271 oraz 286 oraz art. 286 ust 1, 7 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) niniejszym Zamawiający zmienia termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą i modyfikuje SWZ w następujący sposób:

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 27 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

27. Składanie ofert

1) Oferty należy składać do dnia 19.11.2021 roku do godz. 10.00 wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 29 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

29. Związanie ofertą

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), do dnia 17.12.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 30 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

30. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu 19.11.2021 r. o godz. 10.30, przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.



- wykreśla się w załącznikach: załączniku 1a do SWZ, część I lp.7 kolumna 3 (ultrasonograf) oraz załączniku 2a do formularza oferty, Część I lp.7 kolumna 3 (ultrasonograf) wprowadza się w to miejsce zapisy:

- Monitor o przekątnej obrazu 5 do 15,6" - przenośny lub stacjonarny
 - sondy – sektorowa, abdominalna o częstotliwości w przedziale od 3 do 12,5
 - Głębokość penetracji – maksymalnie od 2 cm

 - ładowarka do pakietu (z przewodami), kabel zasilający
 - urządzenie pozwalające na diagnozowanie jamy brzusznej, zamrożenie obrazu,
 - Sposób prezentacji obrazu B Mode – obrazowanie w czasie rzeczywistym
- Dodatkowe parametry
- wymiary od 10/10/4 cm do 40/40/40 cm
 - masa urządzenia od 750 g do 8500 g
 - masa akumulatora od 280g do 2800g (jeśli występuje)
- Źródło zasilania -zewewnętrzny pakiet akumulatorów li-on i/lub zasilanie sieciowe
- Gwarancja 24 m-ce, serwis w Polsce

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. W związku z dokonanymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łukasz Nowak (1)