



**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Rodzaj zamówienia: Dostawy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

„dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”.

nr sprawy: 7/2021

Wartość zamówienia jest niższa niż wartość progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), a większa niż 130.000,00 złotych.

Specyfikacja niniejsza zawiera **59** stron.

Zatwierdził: Dyrektor TCUW

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łukasz Nowak (1)

Toruń, dnia 28.10.2021 r.

Część I - Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym i Pełnomocniku Zamawiającego

Zamawiającym jest: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu,
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.torun.pl>
NIP: 879-000-10-14
REGON: 871118856

Zamawiający na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Toruńskiemu Centrum Usług Wspólnych (dalej Pełnomocnik Zamawiającego).

Adres: 87-100 Toruń, plac Św. Katarzyny 9, tel.: (56) 611 89 91

Adres strony internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: www.tcuw.torun.pl

NIP: 8790001014

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Szczypińska

adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcuw.torun.pl

tel.: (56) 611 89 91

Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy na **dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.**

Wartość zamówienia przekracza kwotę, o której mowa w podrozdziale 6.5.2. pkt. 1 lit. b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dn. 21 grudnia 2020 r. z późn. zm. (dalej Wytyczne).

Wartość zamówienia jest niższa aniżeli wartość progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami, dalej określanej w niniejszej SWZ jako Ustawa), a większa aniżeli 130.000,00 złotych.

2. Tryb udzielenia zamówienia - podstawa prawna

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami);
- 2) Postępowanie jest prowadzone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>. SWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.torun.pl, na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego www.tcuw.torun.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do zakończenia postępowania (nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia).
- 3) Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim.
- 4) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

- negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.
- 5) Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany SWZ oraz będą dotyczyć tylko tych elementów oferty, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
 - 6) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty o Wykonawcach:
 - a) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom na każdym kryterium ofert i łącznej punktacji,
 - b) których oferty zostały odrzucone,
 - c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku o którym mowa w art. 288 ust. 1 Ustawy,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 7) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
 - 8) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.
 - 9) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone i którzy brali udział w negocjacjach, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
 - 10) Zamawiający wyznaczy termin na składanie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia, do składania ofert dodatkowych.
 - 11) Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierać będzie nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
 - 12) Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
 - 13) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
 - 14) Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenia o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu.
 - 15) Jeżeli Zamawiający uzna, po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4. Wykonawcy

- 1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie (np.: spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają

warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej SWZ.

- 2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
- 3) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
 - a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13 SWZ
 - c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Ustawy.

5. Podwykonawcy

- 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 2) Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany wskazać wykonanie której części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy (firmy) podwykonawców.
- 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Oferty wariantowe i częściowe, umowy ramowe i aukcje elektroniczne

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 i 8 Ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy w zw. z art. 305 pkt 1 Ustawy.

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego

Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogły pojawić się w SWZ i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Projektowane postanowienia umowy

- 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
- 2) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach innych, niż dopuszczone przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. Użyte skróty

- 1) **Ustawa** - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami.)
- 2) **Rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
- 3) **Platforma** - platforma zakupowa prowadzona przez **PZP24.pl Sp. z o.o.** za pośrednictwem której Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia - <https://tcuw.logintrade.net/>.

Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

11. Przedmiot zamówienia

- 1) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa wyposażenia w urządzenia i meble specjalistyczne pracowni weterynarii w ramach projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w częściach:
 - a) **część I** - wyposażenie w urządzenia specjalistyczne pracowni technikum weterynarii
 - b) **część II** - wyposażenie w meble specjalistyczne pracowni technikum weterynarii
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.
- 3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub więcej części.
- 4) W przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.
- 5) Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień

38340000-0 - (przrządy do mierzenia ilości)

38500000-0 - (aparatura kontrolna i badawcza)

38430000-8 - (aparatura do wykrywania i analizy)

38900000-4 - (różne przrządy do badań lub testowania)

39162000-5 - (pomoce naukowe)

33100000-1 - (urządzenia medyczne)

33110000-4 - (sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego)

39100000-3 - (meble)

39150000-8 - (różne meble i wyposażenie)

30195000-2 - (tablice)

12. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie później niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49.

Część III - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia Wykonawcy

13. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 Ustawy.
- 2) Z udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Ustawy wyklucza Wykonawców wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 3) Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
- 4) Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- 5) Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 6) Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
- 7) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 8) Zamawiający przewiduje wykluczenie podmiotów udostępniających zasoby w trybie art. 118 Ustawy i podwykonawców z tych samych przyczyn, co Wykonawcy.

14. Wykonawcy występujący wspólnie

- 1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
- 2) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- 3) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4.
- 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

Część IV - Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy składane wraz z ofertą

15. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń

- 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowić będzie dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,

o którym mowa w pkt 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać, brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom znanym na moment składania oferty, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Jeżeli podwykonawca nie jest znany na moment składania ofert - dotyczące ich oświadczenia Wykonawca przedkłada najpóźniej z chwilą wskazania Zamawiającemu podwykonawcy.
- 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
- 5) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
- 7) W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.
- 8) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu i niniejszej SWZ, składa się zgodnie z § 15 Rozporządzenia.

16. Dokumenty składane na wezwanie

- 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2)-4).
- 2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wezwie do przedłożenia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub innego podmiotowego środka dowodowego, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 118 Ustawy, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 118 Ustawy:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, -sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 - c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
 - oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 - d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio-podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy) jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
- a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa pod lit. a) powyżej
 - c) przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - pełnomocnictwa odpowiednio do postanowień lit. b) powyżej.

Część V - Wymagania dotyczące wadium

17. Wysokość wadium

W nawiązaniu do art. 97 ust. 1 Ustawy Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawców wniesienia wadium.

Część VI - Sposób obliczenia ceny oferty

18. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy jest wynagrodzenie na podstawie ceny ryczałtowej uwzględniające podatek VAT. Dla oceny ofert należy ustalić cenę ofertową jako maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia.
- 2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 5) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto (zawierającą VAT).
- 6) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), jeżeli wybór jego oferty prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Taki Wykonawca ma obowiązek w ofercie:
 - a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

19. Cena ofertowa

- 1) Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie będzie podlegała zmianom. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
- 2) Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszt transportu oraz koszt montażu.
- 3) Nie należy stosować żadnych upustów.
- 4) Wszystkie wartości powinny być liczone w walucie polskiej, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 9 marca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

Część VII - Opis sposobu przygotowywania ofert;

20. Oferta powinna zawierać:

- 1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2, 2a, 2b do SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami.
- 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu – w zakresie wskazanym w pkt 13 SWZ i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających swoje zasoby powyższe oświadczenie składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli dokument został sporządzony w wersji papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonują osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub notariusz (§ 7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie)..
- 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy.
- 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując umowę, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów - jeśli dotyczy
- 6) Oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - jeśli dotyczy
- 7) Oferta powinna zawierać wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.
- 8) Oferta powinna zawierać wskazanie przez Wykonawcę na informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem wskazania tajemnicy.
- 9) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

21. Postać oferty

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Obliczone kwoty należy wpisać do formularzy ofert w zał. nr 2, 2a, 2b – osobno na każdą część.
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- 4) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie jest dopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- 5) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 6) Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upoważnionego przedstawiciela.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być wprowadzone w formie elektronicznej takiej samej, jak oferta w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
- 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 14 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.
- 10) Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>.

22. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- 1) Wykonawca ma prawo zastrzec, że przekazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), nie mogą być udostępniane, o ile uczyni to wraz z ich przekazaniem i w tym terminie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób w jaki Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa określa pkt 27 SWZ. Nie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości po otwarciu ofert, tj. nazwa (albo imię i nazwisko), siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności albo miejsce zamieszkania) Wykonawcy, informacje dotyczące ceny lub kosztu oferty.
- 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w postaci oddzielnego pliku i opatrzone nazwą, z której wynika, że plik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.

Część VIII - Składanie oferty i tryb udzielania wyjaśnień

23. Sposób komunikacji w postępowaniu

- 1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>.
- 2) W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email:

sekretariat@tcuw.torun.pl. z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.

- 3) Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.
- 4) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
- 5) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcjami korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcje zostały zamieszczone bezpośrednio na ww. Platformie pod adresem: <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html>.

- 6) Wymagania techniczne, organizacyjne oraz format danych przesyłanych plików opisane zostały dokładnie w Instrukcji dla Wykonawcy – „Wymagania techniczne” dostępnej na stronie <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html>.
- 7) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Wykonawca może złożyć jednorazowo nieograniczoną liczbę plików”.
- 8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy <https://tcuw.logintrade.net/>.
- 9) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
- 10) Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu.
- 11) Wymagane zgodnie z niniejszą SWZ podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie określonej w Rozporządzeniu.

24. Wyjaśnienia i pytania

- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- 2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 przed upływem terminu składania ofert.
- 3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 Ustawy, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

25. Modyfikacja treści SWZ

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
- 2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców od dnia publikacji na Platformie.
- 3) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, kierując się zasadą określoną w art. 286 ust. 3 Ustawy. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SWZ oraz udostępnia tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 286 ust. 9 Ustawy oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 271 ust. 3 Ustawy.

26. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SWZ w sposób zgodny z art. 284 Ustawy.

Część IX - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert

27. Składanie ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia **15.11.2021 roku do godz. 10.00** wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
- 2) Składanie oferty, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy – „Tryb podstawowy z negocjacjami” dostępnej na stronie <https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html>.

28. Zmiana lub wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
- 2) W tym celu w zakładce „Wysłane” należy kliknąć w „Opcje” oferty którą Wykonawca chce wycofać, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj”.

- 3) Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników), wycofanie oferty lub jej zmiana nie będzie możliwe.
- 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

29. Związanie ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **do dnia 13.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się do Wykonawców jednokrotnie o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

30. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu **15.11.2021 r. o godz. 10.30**, przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

31. Badanie ofert, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów

- 1) Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SWZ wymagań. Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia. Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i jeżeli podejmie decyzję o rezygnacji z negocjacji, wybierze ofertę najkorzystniejszą.
- 2) Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.
- 3) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie odpowiednim

wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 31 ust. 2 c) SWZ lub nie zakwestionuje jej poprawienia uznaje się, że wyraził on zgodę na poprawienie omyłki.

- 4) Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w trybie art. 223 ust 1 Ustawy.

32. Informacja dotycząca badania rażąco niskiej ceny

- 1) Jeżeli zaofferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
- 2) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
 - a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
- 3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
- 4) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Część X - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

33. Tryb badania i oceny oferty, negocjacje

- 1) Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
- 2) Zamawiający dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia.
- 3) Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i jeżeli podejmie decyzję o rezygnacji z negocjacji, wybierze ofertę najkorzystniejszą.

34. Kryteria oceny oferty

- 1) Zamawiający dokona oceny ofert w stosunku do każdej części z osobna. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów w danej części.
- 2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednio wagę procentową:
 - a) **cena oferty - 60%**
Cena za realizację dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna

punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty.

b) okres rękojmi w ofercie - 20% - nie mniej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty.

W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu rękojmi powyżej 48 miesięcy do obliczenia punktacji w kryterium okresu rękojmi Zamawiający przyjmie okres 48 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres rękojmi krótszy niż 24 miesiące - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

c) termin realizacji w ofercie - 20% nie dłużej niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji dłuższy niż 8 tygodni - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

35. Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów

Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od zera do 100. Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryterium a) , b), c) wg. poniższego wzoru.

$$Cot = PC + PR + PT$$

gdzie:

Cot oznacza: liczba punktów przyznanych za całość oferty,

PC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,

PR oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium okresu rękojmi,

PT oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium terminu realizacji dostawy.

Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu wzorów:

Kryterium ceny oferty

*najniższa oferowana cena spośród
złożonych ofert*

$$a) \text{ cena oferty} = \frac{\text{-----}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium tj. 60\%}$$

Kryterium oceny okresu rękojmi

okres rękojmi w ofercie badanej

$$b) \text{ okres rękojmi w ofercie} = \frac{\text{-----}}{\text{najwyższy oferowany okres rękojmi
spośród złożonych ofert}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium tj. 20\%}$$

Kryterium oceny terminu realizacji umowy

*najniższy oferowany termin
spośród złożonych ofert*

$$c) \text{ termin realizacji w ofercie} = \frac{\text{termin oferty badanej}}{\text{20\%}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium tj.}$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

Punktacja będzie liczona według powyższych kryteriów. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich trzech kryteriach, na zasadach jak powyżej.

UWAGA! Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty.

Stosownie do art. 248 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Część XI - Zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego oraz realizacja zamówienia.

36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub gwarancji oraz roszczeń Zamawiającego związanych z rozwiązaniem (w tym odstąpieniem) umowy z winy Wykonawcy, zapłatą kar umownych, kosztami wykonania zastępczego itp.
- 2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
- 3) Zabezpieczenie należy wniesić przed podpisaniem umowy.
- 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Wyznaczonego Zamawiającego prowadzony w **Bank Millennium S.A.**

o numerze:

50 1160 2202 0000 0003 1817 9886

Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg nr sprawy 7/2021.

- a) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
 - b) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy, w wysokości odpowiadającej kwocie należności Zamawiającego (w tym- zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy albo z tytułu zobowiązania Zamawiającego do dokonania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców Wykonawcy. Poręczenia i gwarancje, o których mowa wyżej, powinny zachowywać ważność do 30 dnia od daty zakończenia obowiązywania Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane (podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu w stosunku ostatniego transportu w ramach umowy).
 - c) W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać prawu polskiemu.
 - d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta/poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy lub zakresu usług, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów umowy, uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta/poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji/poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadomienia Gwaranta/poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
- 5) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 Ustawy.
- 6) Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (dzień bezusterkowego odbioru końcowego dokonanego przez stronę), pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

37. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

38. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy

- 1) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania

- działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 2) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 - 4) Umowa zostanie zawarta po złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg zasad opisanych w punkcie 36 SWZ dotyczącym zabezpieczenia.
 - 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
 - 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (którzy zostali wybrani do realizacji przedmiotu zamówienia) winni przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument regulujący ich współpracę.

Część XIII - Środki ochrony prawnej

39. Środki ochrony prawnej:

- 1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy.
- 2) Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej. Opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem lub podpisem zaufanym. Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 5) Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 Ustawy.
- 6) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Działu IX Ustawy.
- 7) Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
- 8) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Część XIV – Obowiązek Informacyjny w zakresie danych osobowych. Obowiązki Wykonawcy w zakresie danych osobowych

40. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym postępowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Gmina Miasta Toruń - Toruńskie Centrum Usług Wspólnych w Toruniu, z siedzibą pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, e-mail: procesor@tcuw.torun.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w odpowiednim zakresie - okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem Ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) Zgodnie z:
 - a) art. 75 Ustawy – w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji umożliwiających doprecyzowanie nazwy lub datę

- zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- b) art. 19 ust. 2 i art. 76 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą, ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 - c) art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 Ustawy - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; w przypadku gdy wniesienie takiego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
- 11) W myśl art. 74 ust. 4 Ustawy zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy stosuje się odpowiednio.
 - 12) W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.

Część XV - Postanowienia końcowe

41. Unieważnienie postępowania

- 1) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach określonych w art. 255 - 258 Ustawy.
- 2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

42. Sprawy nieuregulowane SWZ

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

43. Załącznikami do SWZ są następujące wzory i dokumenty:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Formularz oferty
- 3) Oświadczenie wykonawcy o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
- 4) Projektowane postanowienia umowy (wzór Umowy)
- 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik 1a do SWZ

Część I – Opis przedmiotu zamówienia na wyposażenie w urządzenia specjalistyczne pracowni technikum weterynarii

Specyfikacja wyposażenia pracowni technik weterynarii:

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznej, wyposażenia	Opis	Ilość
1.	Dekornizator	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie elektryczne - głowica 18 mm - temperatura maksymalna: 620°C - napięcie zasilania: 230V - czas nagrzewania: około 7-9 min - waga: do 630g - długość przewodu: do 2,5 m - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1
2.	Sprzęt do wykrywania rui	<ul style="list-style-type: none"> - łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, - odporna na wodę obudowa, - masa urządzenia: do 400 g, - zasilany bateryjnie, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1
3.	Zestaw do inseminacji	<ul style="list-style-type: none"> - podgrzewacz do rozmrażania mrożonego nasienia buhajów (samochodowy) automatycznie podgrzewa i utrzymuje żądaną temperaturę, - uniwersalny pistolet (na słomki mini lub midi), - lubrykant (żel), - gilotynka do obcinania słomek, - pęseta do mikromanipulacji słomek, - rękawice inseminacyjne, - specjalne sitko, - osłonki sanitarne na pistolet, - termometr z wyświetlaczem, - specjalna skrzynka, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1
4.	Stół zabiegowy	<ul style="list-style-type: none"> - stół na 4 nogach, - rozmiar blatu 120x60 cm. - blat wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - wyposażony w haki i relingi - materac zapinany pod blatem na rzepy - gwarancja 24 miesiące serwis w Polsce 	1
5.	Lampa bezcieniowa	<ul style="list-style-type: none"> - Zasilanie diod Led - Oświetlenie LED (18 źródeł światła), - Średnica pola roboczego w odległości 1 m - 220 mm, - Temperatura barwowa 4400 K, - Natężenie oświetlenia w odległości 1m – 60 000 LX, - Regulowane (3-stopniowe) natężenie światła, - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra, - gwarancja 24 miesiące. serwis w Polsce 	1



6.	Lampa bakteriobójcza	<ul style="list-style-type: none"> - Uniwersalny sposób montażu (ścienno-sufitowa) - Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, Pobór mocy: do 40 VA - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m² - Trwałość promiennika: 8000 h - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200° - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1
7.	Ultrasonograf	<ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelny ekran, klawiatura wodoszczelna Monitor - wodoszczelny ekran, przenośny – 5,0 LCD LED - sondy – sektorowa, mechaniczna, abdominalna 3-7 MHz (centralna częstotliwość Sondy -5,0 MHz) - głębokość penetracji – maksymalnie do 25 cm - specjalna ładowarka do pakietu (z przewodami), - urządzenie pozwalające na samodzielne zdiagnozowanie ciąży, zamrożenie obrazu, - wzmacnia obraz w polu bliższym i dalszym, wyostrza obraz - sposób prezentacji obrazu B Mode – obrazowanie w czasie rzeczywistym lub równoważne - pomiary położnicze do ustalenia wieku płodu Dodatkowe parametry - wymiary 17,5/14,5/6,0 cm - masa urządzenia do 1010 g - masa sondy do 250 g - masa akumulatora do 280 g Kąt skanowania - 90° Źródło zasilania - zewnętrzny pakiet akumulatorów li-on 14,4V,3,1Ah Czas pracy - ok. 6 godz. Temperatura pracy - -15° C do + 45° C - Gwarancja 24 m-ce, serwis w Polsce 	1
8.	Elektrokardiograf	<ul style="list-style-type: none"> - tryb pracy: automatyczny, manualny, rytmu Detekcja - filtry cyfrowe, korekta przesunięcia linii bazowej, filtr AC, filtr zakłóceń EM - automatyczna regulowana linia bazowa, - wbudowana drukarka termiczna (papier 80mm) - wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" z wieloma parametrami wyświetlanymi jednocześnie - prosta klawiatura - wyświetlanie na ekranie 12 odprowadzeń jednocześnie - trzykanałowy - oprogramowanie do analizy - wyświetlanie braku odprowadzeń (LEAD-OFF) - bateria Litowa, podtrzymuje prace aparatu w terenie do 4 godzin, - zapis do pamięci do 1000 cyfrowych rejestracji EKG - obsługa wydruku w trybie (auto) 4, 3+1(rytm), 3, 2+1(rytm), 2, 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.) + 1(rytm), 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.), rytm 4, rytm 3, rytm 2, 	1

8

		<ul style="list-style-type: none"> manualnym - port USB - automatyczne pomiary parametrów EKG - polski interfejs obsługi urządzenia - pamięć: 1000 badań - zasilanie 230V/50Hz oraz wbudowany akumulator - papier: rolka 80mm/20m - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	
9.	Sterylizator powietrzny	<ul style="list-style-type: none"> - regulator temperatury - programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160; 180; 200) °C, - ustawianie minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury, - alarm przy przekroczeniu zadanej, - automatyczne zatrzymanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwiczek, - ustawianie poziomu mocy grzania, - komora i półki z blachy nierdzewnej, - pojemność komory powyżej 18 litrów, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1
10.	Mikroskop	<ul style="list-style-type: none"> - powiększenie obiektywy achromatyczne EA 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil, - współosiowa regulacja ostrości mikro i makro, - kondensator Abbego 1.25 N.A. z nastawą spiralną oraz przesłoną irysową lub równoważny, - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce Dodatkowe parametry mikroskopu: - bezprzewodowy - głowica binokularowa typu Siedentopf, nachylona pod kątem 30°, obrotowa w zakresie 360°, okulary szerokopolowe WF10x/18mm (1szt. ze wskaźnikiem), czteropozycyjny rewolwer obiektywowy, mechaniczny stolik przedmiotowy z regulacją współosiową, oświetlacz LED 70 mW z regulacją intensywności, w komplecie osłona przeciwkurzowa, olejek immersyjny (5ml), baterie oraz ładowarka 100-240V (CE) 	4
11.	Analizator hematologiczny	<ul style="list-style-type: none"> - 14 gatunków zwierząt, - niski koszt oznaczenia, - otwarty system odczynnikowy, - precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny) - analizowane parametry krwi wbc, lymph#, mid#, gran#, lymph%, mid%, gran%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, - różnicowanie wbc na 3 grupy, - pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona, - automatyczny tryb pracy, wykrywanie braku odczynników, - kalibracja ręczna i automatyczna, niski wskaźnik zatykania dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia, - pamięć wewnętrzna histogramami, możliwość sortowania i 	1



		<p>przeglądania według różnych kryteriów,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wewnętrzna drukarka termiczna, - wyświetlacz lcd - wyjście/wyjście: klawiatura systemowa, mysz, - błąd przeniesienia: wbc, rbc, hgb, hct, plt<=2%, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 									
12.	Analizator biochemiczny	<ul style="list-style-type: none"> - bardzo niski koszt jednorazowych oznaczeń - precyzyjny - materiał do oznaczenia surowica - bada parametry krwi, płynów ustrojowych <p>Dodatkowe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczny - typy pomiarów: Endpoint, Kinetic, Fixed Time lub równoważne - gwarancja 24 miesiące, serwis 	1								
13.	Analizator moczu	<ul style="list-style-type: none"> - oznaczanie 10 lub 11 parametrów moczu - wyświetlacz LCD - zasilanie bateryjne lub sieciowe - Zakres długości fali: 300-800 nm, - Zakres absorbancji: -0.3-3.0 Abs, - Wbudowana drukarka termiczna - Wyjście: RS232 - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1								
14.	Wirówka	<ul style="list-style-type: none"> - silnik – prędkość obrotów 3500obr /min - brak wyświetlacza LED - zabezpieczenie przed: niewyważeniem, otwarciem pokrywy podczas wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie - Prędkość wirowania do 3500obr/min - Mniejszy poziom hałasu - Zasilanie 230 V / 50 Hz - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce <p>Dodatkowe parametry:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Moc</td> <td>15 W</td> </tr> <tr> <td>Materiał obudowy</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Maks. liczba próbek</td> <td>6/16</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>do 1,75 kg</td> </tr> </table>	Moc	15 W	Materiał obudowy	Plastik	Maks. liczba próbek	6/16	Waga	do 1,75 kg	1
Moc	15 W										
Materiał obudowy	Plastik										
Maks. liczba próbek	6/16										
Waga	do 1,75 kg										
15.	Autoklaw	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność komory powyżej 18 litrów; – sterowanie mikroprocesorem, - filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza, - akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, - wyświetlacz, komora sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej, - pomiar temperatury termoelementem, automatyczne zamknięcie i otwarcie drzwi; - sterylizacja w temperaturze 121 °C, - automatyczny pobór wody, automatyczny spust wody, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1								
16.	Cieplarka	<ul style="list-style-type: none"> - obieg powietrza: naturalny, 	1								

8



		<ul style="list-style-type: none"> - pojemność komory: 15 l, - drzwi: pełne, - zakres temperatury pracy: 5 °C powyżej temperatury otoczenia +100 °C, - sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD, - materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna, - regulacja temperatury: co 0,1 °C, - stabilność temp. w +37 °C: +/-0,5 °C, - zasilanie 50 Hz: 230 V, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 											
17.	Mikser, blender	<p>- Urządzenie ma jeden poziom obrotu. Dodatkowe parametry:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>Regulacja obrotów</u></td> <td style="width: 40%;">nie</td> </tr> <tr> <td><u>Liczba poziomów obrotów</u></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><u>Praca pulsacyjna</u></td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Wykonanie miski roboczej</td> <td>tworzywo sztuczne</td> </tr> <tr> <td>Możliwość mycia końcówek w zmywarce</td> <td>tak</td> </tr> </table>	<u>Regulacja obrotów</u>	nie	<u>Liczba poziomów obrotów</u>	1	<u>Praca pulsacyjna</u>	tak	Wykonanie miski roboczej	tworzywo sztuczne	Możliwość mycia końcówek w zmywarce	tak	1
<u>Regulacja obrotów</u>	nie												
<u>Liczba poziomów obrotów</u>	1												
<u>Praca pulsacyjna</u>	tak												
Wykonanie miski roboczej	tworzywo sztuczne												
Możliwość mycia końcówek w zmywarce	tak												
18.	Mieszadła magnetyczne	<ul style="list-style-type: none"> - ze sterowaną termostatycznie płytą grzejącą i pokrytymi teflonem prętami mieszadła o długości około 5 cm; - mieszadło powinno posiadać wbudowany termostat utrzymujący stałą temperaturę (44-46 °C) - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1										
19.	Trychinoskop z poziomym stolikiem Lub mikroskop stereoskopowy	<ul style="list-style-type: none"> - powiększenie - normalne robocze: 50 razy do 80 - 100 razy w celu oszacowania przedmiotów niewyraźnie rozpoznawalnych, - rozdzielczość - przy każdym powiększaniu konieczne jest uzyskanie wyraźnego ostrego obrazu definiowalnego koloru, - kondensator - musi być wyposażony w przesłonę umożliwiającą zwiększenie kontrastu przy kontrolowaniu cotrudniejszych przypadków, precyzyjne ustawianie ostrości, - ekran projektora - średnica co najmniej 54 cm, posiada dużą zdolność odbijania; - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1										
20.	Stół narzędziowy	<p>Regulacja wysokości 80 - 120 cm ręczna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obrót blatu wokół osi 360° (przed zablokowaniem) - podnoszenie blatu <p>Dodatkowe parametry:</p> <p>Długość 65 cm Szerokość 45 cm Wymiary półki 40 x 59 cm Koła x 4 Blokada kół x 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancje 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1										
21.	Stół sekcyjny	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej, - kwasoodpornej AISI 304. - Wysokość: 800mm 	1										

Y



		<p>Dodatkowe parametry: Stół weterynaryjny o wymiarach 120x60 cm. Waga: do 45 kg – gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.</p>	
22.	Szkło laboratoryjne	<ul style="list-style-type: none"> - kolby miarowe - bagietki - cylindry miarowe - ezy, głaszczki - próbówki - tryskawki labolatoryjne - kroplomierze - kuwety - tacki - krążki z antybiotykami (mastitis) - agar z krwią, - podłoże MH 	1
23.	Środki ochrony osobistej i indywidualnej	<ul style="list-style-type: none"> - ubranie robocze, buty robocze z ochroną palców, rękawice gumowe/robocze)- 30 kpl - fartuchy ochronne - 30 kpl - apteczka pierwszej pomocy 	3
24.	Narzędzia chirurgiczne	Szczypce, noże, strzykawki.	1
25.	Narzędzia diagnostyczne do badania zwierząt	<ul style="list-style-type: none"> - lupy diagnostyczne powiększające) - latarki diagnostyczne (naczołowe: Lampa naczołowe zasilanie bateryjne Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K. Zasilanie bateryjne (4 baterie typu AAA) - Dokładniejsza diagnostyka dzięki wydajnej diodzie LED o natężeniu 100 000 lx / 140 lm - Opaska łatwa w utrzymaniu w czystości dzięki wyjmowanym wewnętrznym gąbkom, które można myć. - Lusterko Ø 55 mm, zdejmowane i bezstopniowo regulowane - Przełącznik zasilania na komorze baterii - Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K, 6 V lub próżniowa żarówka o napięciu 6 V. - Możliwość regulacji wielkości pola zabiegowego za pomocą uchwytu żarówki na lusterku - Długość pracy akumulatora: około 90 minut po pełnym naładowaniu. - Waga z lusterkiem o średnicy 55 mm: 209 g bez baterii, 242 g z bateriami litowymi typu CR123A, 258 g z akumulatorami typu AAA. - stetoskopy weterynaryjne - otoskop weterynaryjny - plezimetr do diagnostyki bydła, ze stali nierdzewnej - plezimetr dla koni ze stali nierdzewnej - Fecalizer+ Fecasol 	1

26.	Narzędzia do wykonywania zabiegów zootechnicznych	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw narzędzi do pielęgnacji skóry zwierząt, - sprzęt do poskramiania zwierząt (poskromy do bezpiecznego wykonywania czynności przy zwierzętach różnych gatunków), - zestaw narzędzi do pielęgnacji, korekcji i podkuwania kopyt, - zestaw narzędzi do ręcznej i mechanicznej korekcji racic, 	1
27.	Wilgotnościomierz elektroniczny do ziarna	<ul style="list-style-type: none"> - odczyt cyfrowy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku - podświetlany wyświetlacz z menu w j. polskim - automatyczna kompensacja temperatury - komora pomiarowa z polerowanego aluminium - obudowa wykonana z wstrząsoodpornego tworzywa ABS - automatyczne wyliczanie z średniej z czterech pomiarów - dla specyficznych produktów dodatkowa kalibracja - walizka transportowa z wyłożoną gąbką - tester na pełnym ziarnie - 12m-cy gwarancji, serwis w Polsce. 	1

Dostawa obejmuje również montaż w/w urządzeń.

Załącznik 1b do SWZ

Część II – Opis przedmiotu zamówienia wyposażenie w meble specjalistyczne pracowni technikum weterynarii

Specyfikacja wyposażenia pracowni technik weterynarii:

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznej, wyposażenia	Opis	Ilość
1.	Tablica biała suchościerna 120x240	- powierzchnia suchościerna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie.	1
2.	Tablica flipchart	- wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, - stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - wąska, aluminiowa rama, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, - unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, - regulowany rozstaw haczyków na papier.	1
3.	Stół	- nie jest wymagana płyta high-gloss - długość 140cm, - wysokość 85cm, - szerokość 60cm	1
4.	Szafa lekarska	- Dwudrzwiowa - wyposażona w 4 szklane półki - długość: 80 cm - głębokość: 43,5 cm - wysokość: 180 cm	1
5.	Szafka stojąca	wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, fronty szuflad 1,0 mm, pozostałe elementy 0,6 mm, pokrytej farbą proszkową. Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szuflady ryglowane centralnie. - 3 szuflady - 2 rzędy kartotek w szufladzie - wymiar przechowywanego dok. 215x258 mm - długość 61 cm - głębokość 63 cm - wysokość 83 cm	1
6.	Szafka wisząca	Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm pokrytej farbą proszkową. Półki przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w	1

		<p>dwóch punktach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi przesuwne przeszklone - 2 półki szklane - długość: 100 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 50 cm 	
7.	Szafka wisząca	<ul style="list-style-type: none"> - Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm pokrytej farbą proszkową. - Półki przestawne co 25 mm. - Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. - drzwi przesuwne szklane - 2 półki szklane - długość: 40 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 50 cm 	1
8.	Kzesło siodłowe	<ul style="list-style-type: none"> - Oparciem 59 x 53 x 106 cm - Stelaż stalowy lakierowany kolor czarny. - Siedzisko i oparcie PCV w kolorze czarnym 	6
9.	Stolik	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie - Materiał: stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat 60x60 cm - wysokość 80 cm 	1
10.	Biurko	<p>Biurko z dwoma kontenerami. Metalowe.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 160 cm - szerokość: 80 cm - wysokość: 74 cm <p>- Biurko posiadające atest higieniczny wydany przez PZH.</p>	1
11.	Lampa biurkowa	<ul style="list-style-type: none"> - Materiał: tworzywo sztuczne - Kolor: biały - Barwa światła: ciepła biel (3 000 K) - Wysokość: 42 cm - Żarówki: 1 x 5 W LED - Napięcie robocze (w V): 230 - Stopień ochrony: IP20 - Klasa ochronności: II 	3
12.	Regał	<p>Regał metalowy wykonany z blachy perforowanej o grubości 2 mm z kątownika 35x55 mm. Stelaż pod półki z blachy 1,5 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035.</p> <p>Półki z płyty wiórowej grubości 16 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość: 200 cm. - Szerokość: 92 cm. - Głębokość: 42 cm. - Obciążenie na półkę: 150 kg. 	2
13.	Stolik z metalu	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie - Materiał: stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. - Wymiar: 	1

		- blat 60x60 cm - wysokość 80 cm	
14.	Waga	- o dokładności 0,1 g, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.	1
15.	Stolik	wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie Materiał: -stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. Wymiary: -blat 80x80 cm -wysokość 80 cm	1
16.	Regał metalowy	Regał metalowy wykonany z blachy perforowanej o grubości 2 mm z kątownika 35x55 mm. Stelaż pod półki z blachy 1,5 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035. Półki z płyty wiórowej grubości 16 mm. - Wysokość: 200 cm. - Szerokość: 92 cm. - Głębokość: 42 cm. - Obciążenie na półkę: 150 kg.	2
17.	Lodówka	Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 60-80 - klasa przynajmniej a - bezszronowa - brak - pojemność użytkowa zamrażarki [l] 7 - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1
18.	Zamrażarka	- pojemność (skrzynia) 204 l - temperatura -18 °C - zasilanie – 230 V, -Wysokość [cm] 86,5 - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1
19.	Szafki ubraniowe	Szafki metalowe wykonane z blachy perforowanej o grubości 2mm z kątownika 35x55 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035. -Wysokość: 200 cm. -Szerokość: 92 cm. -Głębokość: 42 cm. -Obciążenie na półkę: 150 kg.	1

Dostawa obejmuje również montaż w/w urządzeń.

**Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTY**

Dane Wykonawcy:

Nazwa:
Siedziba i adres:
Numer telefonu.....
Numer REGON
Numer NIP
Adres poczty elektronicznej.....
Nr rachunku bankowego
Reprezentowany przez

**Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia
w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego**

CZĘŚĆ NR

.....
(nazwa części)
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto PLN (słownie.....)
brutto..... PLN (słownie)
zawierającą podatek od towarów i usług VAT -% w wysokości PLN
(słownie.....)
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu w danej części zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferuję następujący okres rękojmi miesięcy (nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesięcy)
4. Oferuję termin realizacji zamówienia tygodni od dnia zawarcia umowy (nie dłużej niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy)

Nadto:

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.

2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanego/związanych określonymi w niej zapisami.
3. Uważam(y) się za związanego/związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ tj
4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy z pełnym uwzględnieniem warunków w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam(y) zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczony przedmiot dostawy.
6. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie*/część zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, szczegółowy zakres i nazwa firm podwykonawców w tabeli poniżej:

Nazwa zadania, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy	Nazwa firmy (podwykonawcy)

7. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

8. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią pkt 40 SWZ i wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.
9. Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą,**
10. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: *tak/ *nie.
11. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: *tak/ *nie.

12. Ofertę składam(y) na ponumerowanych stronach.

Miejscowość, data i elektroniczny podpis osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:

1.
2.

**niepotrzebne skreślić*

*** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 2019.07.12)*

Załącznik 2a do formularza oferty

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

Część I – Wyposażenie w urządzenia specjalistyczne pracowni technikum weterynarii

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznej, wyposażenia	Opis	Ilość	cena jedn. netto	STW KA vat %	CENA JEDN. BRUTTO	Wartość brutto (kol. 4X kol 7)
Kol.1	Kol.2	Kol.3	Kol. 4	Kol. 5	Kol.6	Kol. 7	Kol.8
1.	Dekornizator	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie elektryczne - głowica 18 mm - temperatura maksymalna: 620°C - napięcie zasilania: 230V - czas nagrzewania: około 7-9 min - waga: do 630g - długość przewodu: do 2,5 m - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1				
2.	Sprzęt do wykrywania rui	<ul style="list-style-type: none"> - łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, - odporna na wodę obudowa, - masa urządzenia: do 400 g, - zasilany bateryjnie, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 	1				
3.	Zestaw do inseminacji	<ul style="list-style-type: none"> - podgrzewacz do rozmrażania mrożonego nasienia buhajów (samochodowy) automatycznie podgrzewa i utrzymuje żądaną temperaturę, - uniwersalny pistolet (na słomki mini lub midi), - lubrykant (żel), - gilotynka do obcinania słomek, - pęseta do mikromanipulacji słomek, - rękawice inseminacyjne, - specjalne sitko, - osłonki sanitarne na pistolet, - termometr z 	1				



		wyświetlaczem, - specjalna skrzynka, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.					
4.	Stół zabiegowy	- stół na 4 nogach, - rozmiar blatu 120x60 cm. - blat wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - wyposażony w haki i relingi - materac zapinany pod blatem na rzepy - gwarancja 24 miesiące serwis w Polsce	1				
5.	Lampa bezcieniowa	- Zasilanie diod Led - Oświetlenie LED (18 źródeł światła), - Średnica pola roboczego w odległości 1 m - 220 mm, - Temperatura barwowa 4400 K, - Natężenie oświetlenia w odległości 1m – 60 000 LX, - Regulowane (3-stopniowe) natężenie światła, - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra, - gwarancja 24 miesiące. serwis w Polsce	1				
6.	Lampa bakteriobójcza	- Uniwersalny sposób montażu (ścienno-sufitowa) - Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, Pobór mocy: do 40 VA - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m ² - Trwałość promiennika: 8000 h - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200° - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1				
7.	Ultrasonograf	- wodoszczelny ekran, klawiatura wodoszczelna Monitor -wodoszczelny ekran, przenośny – 5,0 LCD LED - sondy – sektorowa,	1				

J

		<p>mechaniczna, abdominalna 3-7 MHz (centralna częstotliwość Sonda -5,0 MHz) - głębokość penetracji – maksymalnie do 25 cm - specjalna ładowarka do pakietu (z przewodami), - urządzenie pozwalające na samodzielne zdiagnozowanie ciąży, zamrożenie obrazu, - wzmacnia obraz w polu bliższym i dalszym, wyostrza obraz - sposób prezentacji obrazu B Mode – obrazowanie w czasie rzeczywistym lub równoważne - pomiary położnicze do ustalenia wieku płodu Dodatkowe parametry - wymiary 17,5/14,5/6,0 cm - masa urządzenia do 1010 g - masa sondy do 250 g - masa akumulatora do 280 g Kąt skanowania - 90° Źródło zasilania - zewnątrzny pakiet akumulatorów li-on 14,4V,3,1Ah Czas pracy - ok. 6 godz. Temperatura pracy - -15° C do + 45° C - Gwarancja 24 m-ce, serwis w Polsce</p>					
8.	Elektrokardiograf	<p>- tryb pracy: automatyczny, manualny, rytmu Detekcja - filtry cyfrowe, korekta przesunięcia linii bazowej, filtr AC, filtr zakłóceń EM - automatyczna regulowana linia bazowa, - wbudowana drukarka termiczna (papier 80mm) - wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" z wieloma parametrami wyświetlanymi jednocześnie - prosta klawiatura - wyświetlanie na ekranie 12</p>	1				



		<p>odprowadzeń jednocześnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - trzykanałowy - oprogramowanie do analizy - wyświetlanie braku odprowadzeń (LEAD-OFF) - bateria Litowa, podtrzymuje prace aparatu w terenie do 4 godzin, - zapis do pamięci do 1000 cyfrowych rejestracji EKG - obsługa wydruku w trybie (auto) 4, 3+1(rytm), 3, 2+1(rytm), 2, 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.) + 1(rytm), 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.), rytm 4, rytm 3, rytm 2, manualnym - port USB - automatyczne pomiary parametrów EKG - polski interfejs obsługi urządzenia - pamięć: 1000 badań - zasilanie 230V/50Hz oraz wbudowany akumulator - papier: rolka 80mm/20m - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce 					
9.	Sterylicator powietrzny	<ul style="list-style-type: none"> - regulator temperatury - programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160; 180; 200) °C, - ustawianie minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury, - alarm przy przekroczeniu zadanej, - automatyczne zatrzymanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwiczek, - ustawianie poziomu mocy grzania, - komora i półki z blachy nierdzewnej, - pojemność komory powyżej 18 litrów, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1				





10.	Mikroskop	<ul style="list-style-type: none"> - powiększenie obiektywy achromatyczne EA 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil, - współosiowa regulacja ostrości mikro i makro, - kondensator Abbego 1.25 N.A. z nastawą spiralną oraz przestoną irysową lub równoważny, - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce <p>Dodatkowe parametry mikroskopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezprzewodowy - głowica binokularowa typu Siedentopf, nachylona pod kątem 30°, obrotowa w zakresie 360°, okulary szerokopolowe WF10x/18mm (1szt. ze wskaźnikiem), czteropozycyjny rewolwer obiektywowy, mechaniczny stolik przedmiotowy z regulacją współosiową, oświetlacz LED 70 mW z regulacją intensywności, w komplecie osłona przeciwkurzowa, olejek immersyjny (5ml), baterie oraz ładowarka 100-240V (CE) 	4					
11.	Analizator hematologiczny	<ul style="list-style-type: none"> - 14 gatunków zwierząt, - niski koszt oznaczenia, - otwarty system odczynnikowy, - precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny) - analizowane parametry krwi wbc, lymph#, mid#, gran#, lymph%, mid%, gran%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, - różnicowanie wbc na 3 grupy, - pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona, - automatyczny tryb pracy, 	1					

J

		<p>wykrywanie braku odczynników, – kalibracja ręczna i automatyczna, niski wskaźnik zatykania dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia, – pamięć wewnętrzna histogramami, możliwość sortowania i przeglądania według różnych kryteriów, – wewnętrzna drukarka termiczna, – wyświetlacz lcd - wyjście/wyjście: klawiatura systemowa, mysz, – błąd przeniesienia: wbc, rbc, hgb, hct, plt<=2%, – gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.</p>					
12.	Analizator biochemiczny	<p>- bardzo niski koszt jednorazowych oznaczeń - precyzyjny - materiał do oznaczenia surowica - bada parametry krwi, płynów ustrojowych Dodatkowe parametry: - ręczny - typy pomiarów: Endpoint, Kinetic, Fixed Time lub równoważne - gwarancja 24 miesiące, serwis</p>	1				
13.	Analizator moczu	<p>- oznaczanie 10 lub 11 parametrów moczu - wyświetlacz LCD - zasilanie bateryjne lub sieciowe - Zakres długości fali: 300-800 nm, - Zakres absorbancji: -0.3-3.0 Abs, - Wbudowana drukarka termiczna - Wyjście: RS232 - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce</p>	1				
14.	Wirówka	<p>- silnik – prędkość obrotów 3500obr /min - brak wyświetlacza LED</p>	1				

8



		<ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie przed: niewyważeniem, otwarciem pokrywy podczas wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie - Prędkość wirowania do 3500obr/min - Mniejszy poziom hałasu - Zasilanie 230 V / 50 Hz - Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce <p>Dodatkowe parametry:</p> <p>Moc</p> <p>Materiał obudowy</p> <p>Maks. liczba próbek</p> <p>Waga</p>					
15.	Autoklaw	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność komory powyżej 18 litrów; - sterowanie mikroprocesorem, - filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza, - akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, - wyświetlacz, komora sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej, - pomiar temperatury termoelementem, automatyczne zamknięcie i otwarcie drzwi; - sterylizacja w temperaturze 121 °C, - automatyczny pobór wody, automatyczny spust wody, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1				
16.	Cieplarka	<ul style="list-style-type: none"> - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: 15 l, - drzwi: pełne, - zakres temperatury pracy: 5 °C powyżej temperatury otoczenia +100 °C, - sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD, - materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna, 	1				

8

		<ul style="list-style-type: none"> - regulacja temperatury: co 0,1 °C, - stabilność temp. w +37 °C: +/-0,5 °C, - zasilanie 50 Hz: 230 V, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 						
17.	Mikser, blender	<ul style="list-style-type: none"> - Urządzenie ma jeden poziom obrotu. Dodatkowe parametry: <u>Regulacja obrotów</u> <u>Liczba poziomów obrotów</u> <u>Praca pulsacyjna</u> Wykonanie miski roboczej Możliwość mycia końcówek w zmywarce 	1	nie	1	tak	tworzywo sztuczne	tak
18.	Mieszadła magnetyczne	<ul style="list-style-type: none"> - ze sterowaną termostaticznie płytą grzejącą i pokrytymi teflonem prętami mieszadła o długości około 5 cm; - mieszadło powinno posiadać wbudowany termostat utrzymujący stałą temperaturę (44-46 °C) - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1					
19.	Trychinoskop z poziomym stolikiem Lub mikroskop stereoskopowy	<ul style="list-style-type: none"> - powiększenie - normalne robocze: 50 razy do 80 - 100 razy w celu oszacowania przedmiotów niewyraźnie rozpoznawalnych, - rozdzielczość - przy każdym powiększaniu konieczne jest uzyskanie wyraźnego ostrego obrazu definiowalnego koloru, - kondensator - musi być wyposażony w przesłonę umożliwiającą zwiększenie kontrastu przy kontrolowaniu cotrudniejszych przypadków, precyzyjne ustawianie ostrości, - ekran projektora - średnica co najmniej 54 cm, posiada dużą zdolność odbijania; 	1					

8

		- gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.					
20.	Stół narzędziowy	Regulacja wysokości 80 - 120 cm ręczna - Obrót blatu wokół osi 360° (przed zablokowaniem) - podnoszenie blatu Dodatkowe parametry: Długość 65 cm Szerokość 45 cm Wymiary półki 40 x 59 cm Koła x 4 Blokada kół x 2 - gwarancje 24 miesiące, serwis w Polsce.	1				
21.	Stół sekcyjny	- wykonany ze stali nierdzewnej, - kwasoodpornej AISI 304. - Wysokość: 800mm Dodatkowe parametry: Stół weterynaryjny o wymiarach 120x60 cm. Waga: do 45 kg - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.	1				
22.	Szkoło laboratoryjne	- kolby miarowe - bagietki - cylindry miarowe - ezy, głaszczki - próbówki - tryskawki labolatoryjne - kroplomierze - kuwety - tacki - krążki z antybiotykami (mastitis) - agar z krwią, - podłoże MH	1				
23.	Środki ochrony osobistej i indywidualnej	- ubranie robocze, buty robocze z ochroną palców, rękawice gumowe/robocze)- 30 kpl - fartuchy ochronne - 30 kpl - apteczka pierwszej pomocy	3				
24.	Narzędzia chirurgiczne	Szczypce, noże, strzykawki.	1				
25.	Narzędzia diagnostyczne do badania zwierząt	- lupy diagnostyczne powiększające) - latarki diagnostyczne (naczołowe: Lampa naczołowe zasilanie	1				

		<p>bateryjne</p> <p>Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K. Zasilanie bateryjne (4 baterie typu AAA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokładniejsza diagnostyka dzięki wydajnej diodzie LED o natężeniu 100 000 lx / 140 lm - Opaska łatwa w utrzymaniu w czystości dzięki wyjmowanym wewnętrznym gąbkom, które można myć. - Lusterko Ø 55 mm, zdejmowane i bezstopniowo regulowane - Przełącznik zasilania na komorze baterii - Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K, 6 V lub próżniowa żarówka o napięciu 6 V. - Możliwość regulacji wielkości pola zabiegowego za pomocą uchwytu żarówki na lusterku - Długość pracy akumulatora: około 90 minut po pełnym naładowaniu. - Waga z lusterkiem o średnicy 55 mm: 209 g bez baterii, 242 g z bateriami litowymi typu CR123A, 258 g z akumulatorami typu AAA. - stetoskopy weterynaryjne - otoskop weterynaryjny - plezimetr do diagnostyki bydła, ze stali nierdzewnej - plezimetr dla koni ze stali nierdzewnej - Fecalizer+ Fecasol 				
26.	Narzędzia do wykonywania zabiegów zootechnicznych	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw narzędzi do pielęgnacji skóry zwierząt, - sprzęt do poskramiania zwierząt (poskromy do bezpiecznego wykonywania czynności przy zwierzętach różnych gatunków), 	1			



		<ul style="list-style-type: none"> - zestaw narzędzi do pielęgnacji, korekcji i podkuwania kopyt, - zestaw narzędzi do ręcznej i mechanicznej korekcji racic, 						
27.	Wilgotnościomierz elektroniczny do ziarna	<ul style="list-style-type: none"> - odczyt cyfrowy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku - podświetlany wyświetlacz z menu w j. polskim - automatyczna kompensacja temperatury - komora pomiarowa z polerowanego aluminium - obudowa wykonana z wstrząsoodpornego tworzywa ABS - automatyczne wyliczanie z średniej z czterech pomiarów - dla specyficznych produktów dodatkowa kalibracja - walizka transportowa z wyłożoną gąbką - tester na pełnym ziarnie - 12m-cy gwarancji, serwis w Polsce. 	1					
Łączna cena brutto								

Załącznik 2b do formularza oferty

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

Część II – Wyposażenie w meble specjalistyczne pracowni technikum weterynarii

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznej, wyposażenia	Opis	Ilość	cen a jedn . nett o	ST WK A vat %	CENA JEDN. BRUT TO	Wartość brutto (kol. 4X kol 7
Kol.1	Kol.2	Kol.3	Kol. 4	Kol. 5	Kol.6	Kol. 7	Kol.8
1.	Tablica biała suchościerna 120x240	– powierzchnia suchościerna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie.	1				
2.	Tablica flipchart	– wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, – stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, – wąska, aluminiowa rama, – regulowana wysokość, – wyposażony w plastikową półkę na markery, – unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, – regulowany rozstaw haczyków na papier.	1				
3.	Stół	- nie jest wymagana płyta high-gloss - długość 140cm, - wysokość 85cm, - szerokość 60cm	1				
4.	Szafa lekarska	- Dwudrzwiowa - wyposażona w 4 szklane półki - długość: 80 cm - głębokość: 43,5 cm - wysokość: 180 cm	1				
5.	Szafka stojąca	wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, fronty szuflad 1,0 mm, pozostałe elementy 0,6 mm, pokrytej farbą proszkową. Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szuflady ryglowane centralnie.	1				

J



		<ul style="list-style-type: none"> - 3 szuflady - 2 rzędy kartotek w szufladzie - wymiar przechowywanego dok. 215x258 mm - długość 61 cm - głębokość 63 cm - wysokość 83 cm 					
6.	Szafka wisząca	<p>Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm pokrytej farbą proszkową. Półki przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi przesuwne przeszklone - 2 półki szklane - długość: 100 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 50 cm 	1				
7.	Szafka wisząca	<ul style="list-style-type: none"> - Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm pokrytej farbą proszkową. - Półki przestawne co 25 mm. - Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. - drzwi przesuwne szklane - 2 półki szklane - długość: 40 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 50 cm 	1				
8.	Krzesełko siodłowe	<ul style="list-style-type: none"> - Oparciem 59 x 53 x 106 cm - Stelaż stalowy lakierowany kolor czarny. - Siedzisko i oparcie PCV w kolorze czarnym 	6				
9.	Stolik	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie - Materiał: stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat 60x60 cm - wysokość 80 cm 	1				
10.	Biurko	<p>Biurko z dwoma kontenerami. Metalowe.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 160 cm - szerokość: 80 cm - wysokość: 74 cm <p>- Biurko posiadające atest higieniczny wydany przez PZH.</p>	1				

8



11.	Lampa biurkowa	<ul style="list-style-type: none"> - Materiał: tworzywo sztuczne - Kolor: biały - Barwa światła: ciepła biel (3 000 K) - Wysokość: 42 cm - Żarówki: 1 x 5 W LED - Napięcie robocze (w V): 230 - Stopień ochrony: IP20 - Klasa ochronności: II 	3				
12.	Regał	<p>Regał metalowy wykonany z blachy perforowanej o grubości 2 mm z kątownika 35×55 mm. Stelaż pod półki z blachy 1,5 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035.</p> <p>Półki z płyty wiórowej grubości 16 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość: 200 cm. - Szerokość: 92 cm. - Głębokość: 42 cm. - Obciążenie na półkę: 150 kg. 	2				
13.	Stolik z metalu	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie - Materiał: stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. - Wymiar: - blat 60x60 cm - wysokość 80 cm 	1				
14.	Waga	<ul style="list-style-type: none"> - o dokładności 0,1 g, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. 	1				
15.	Stolik	<p>wykonany w całości z metalu. Brzegi blatu zagięte i gładkie</p> <p>Materiał:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stal surowa zabezpieczona matowym lakierem. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat 80x80 cm - wysokość 80 cm 	1				
16.	Regał metalowy	<p>Regał metalowy wykonany z blachy perforowanej o grubości 2 mm z kątownika 35×55 mm. Stelaż pod półki z blachy 1,5 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035.</p> <p>Półki z płyty wiórowej grubości 16 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość: 200 cm. - Szerokość: 92 cm. - Głębokość: 42 cm. 	2				





		- Obciążenie na półkę: 150 kg.				
17.	Lodówka	Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 60-80 - klasa przynajmniej a - bezszronowa - brak - pojemność użytkowa zamrażarki[l] 7 - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1			
18.	Zamrażarka	- pojemność (skrzynia) 204 l - temperatura -18 °C - zasilanie – 230 V, -Wysokość [cm] 86,5 - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1			
19.	Szafki ubraniowe	Szafki metalowe wykonane z blachy perforowanej o grubości 2mm z kątownika 35×55 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035. -Wysokość: 200 cm. -Szerokość: 92 cm. -Głębokość: 42 cm. -Obciążenie na półkę: 150 kg.	1			

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy i spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

działając w imieniu Wykonawcy:

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz z art. 109 ust. 1 pkt) 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

*Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Oświadczam, że w stosunku do następującego/yh podmiotu/tów, będącego/yh podwykonawcą/ami:

.....
.....
.....
.....
.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wykonawca wypełnia jeżeli ma zastosowanie albo wykreśla jeżeli nie ma zastosowania*

Data i elektroniczny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr/ NP/2021/ZSIŚ
zawarta w dniu r. w Toruniu pomiędzy:

Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
NIP: 879-000-10-14, działającą poprzez:

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, ul. Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,
reprezentowaną przez

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....
reprezentowanym/ą przez:

.....
zwanym/ną dalej **Wykonawcą**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr/2021 prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), na **dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.**

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych: **Zadanie 428563, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 4217, § 4219, § 6067, § 6069.**

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia w urządzenia i meble specjalistyczne pracowni weterynarii w ramach projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie:
 - 1.1 **część I** - wyposażenie w urządzenia specjalistyczne pracowni technikum weterynarii - zgodnie z zał. nr 1 do umowy. * (niepotrzebne skreślić).
 - 1.2 **część II** - wyposażenie wraz z montażem w meble specjalistyczne pracowni technikum weterynarii - zgodnie z zał. nr 1 do umowy. * (niepotrzebne skreślić).
2. Specyfikacja techniczna oraz opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Ofercie wykonawcy, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 oraz 2 do umowy.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i po uprzednim dokonaniu oględzin obiektu.

4. Przedmiot umowy musi spełniać wymogi i normy bezpieczeństwa użytkownika oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, dopuszczające do użytkowania na terenie RP.
5. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości zł (słownie: zł).
2. Wynagrodzenie zawiera wartość przedmiotu dostawy, podatek VAT, koszt transportu, montażu, uruchomienia zgodnie z informacją producenta.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy uwzględniający terminy określone w § 3 ust. 2. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego określa się na 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
4. Strony postanawiają, że harmonogram realizacji zamówienia od chwili zatwierdzenia stanowić będzie integralną część umowy, jako kolejny z załączników do umowy.
5. Wynagrodzenie płatne jest w terminie **14 dni**, licząc od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do faktury Wykonawca dołączy kserokopię protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu.
7. Strony przyjmują za dzień wykonania przedmiotu umowy dzień bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu.

§ 3. Realizacja przedmiotu zamówienia

1. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu umowy są pomieszczenia w **Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu**.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić wyposażenie w ciągu tygodni od dnia zawarcia umowy – zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wykonywanie przedmiotu umowy ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do pomieszczeń w trakcie realizacji dostaw i usług wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu pod numerem telefonu:
4. Dostarczone wyposażenie będzie posiadać wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje, atesty i certyfikaty w języku polskim, a także winno spełniać wymogi techniczne, bezpieczeństwa i użytkowe przewidziane dla danego elementu wyposażenia.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu wszelkie dokumenty gwarancyjne, opisy techniczne, instrukcje obsługi /wytyczne dotyczące obsługi przedmiotu umowy w języku polskim, zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Własność urządzeń i innych rzeczy składających się na przedmiot umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie zł (słownie: zł) w jednej z dopuszczonych ustawowo form, w postaci
2. Zabezpieczenie w pierwszej kolejności winno posłużyć pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń gwarancyjnych bądź roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy, a także zapłatą kar umownych, kosztami wykonania zastępczego itp.
3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (tj. dzień bezusterkowego odbioru końcowego dokonanego przez strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy), pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 5. Kary umowne

1. Strony postanawiają, że:
 - 1.1 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 3. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wad o więcej niż 7 dni wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia ulega podwojeniu;
 - 1.3 za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1;
 - 1.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1.1-1.4 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) gdy nastąpi otwarcie likwidacji Wykonawcy,
 - 3) gdy dojdzie do zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy na podstawie tytułu wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia, chyba że Wykonawca wykaże, że nie wpłynie to na realizację niniejszej Umowy,
 - 4) w przypadku odmowy dostawy, zwłoki w jego realizacji jednorazowo powyżej 7 dni,
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone drugiej stronie na piśmie w terminie do 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 5 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu należyte wykonane części umowy.

§ 6. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 2 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonywany przedmiot umowy. Termin rękojmi wynosi **miesiące**, zgodnie z ofertą i zastrzeżeniem Zamawiającego o nie krótszym niż 24 miesiące okresie obowiązywania rękojmi za wady. Początek biegu terminu liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad, Zamawiający lub przedstawiciel Zamawiającego – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od ich wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) w przypadku niedotrzymania powyższego terminu usunięcia wad. Usunięcie wad/usterek, o których mowa powyżej zostanie potwierdzone „protokołem usunięcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru, a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.
4. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1.2 umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania dokonania naprawy. Zamawiający w szczególności może w ramach uprawnień z gwarancji lub rękojmi żądać wymiany wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, urządzeń itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo o obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
6. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia wysyłanego listem poleconym, listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub mailem w sposób określony w § 7 ust. 5 lub sporządzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.
11. Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, przeglądy także związane z wymianą np. części itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet w przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a wykonywanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.
12. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.
13. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
14. Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.
15. Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny w przypadku wadliwości przedmiotu umowy.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy PZP.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
3. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy strony wiążą jako postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 5 pkt 1.3 – 1.4 i § 7.
4. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:

- nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
- nr 3 - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- nr 4 - Harmonogram realizacji zadania

Załącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Dane Wykonawcy:

Nazwa:
Siedziba i adres:
Numer telefonu.....
Numer REGON
Numer NIP

O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani

.....
(osoba reprezentująca wykonawcę)

działając w imieniu

.....
(nazwa wykonawcy)

Oświadczmy, że Wykonawca

* (* niewłaściwe skreślić)

* **nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP z **innymi wykonawcami**, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu o udzielenia zamówienia.

* **przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP z następującymi **wykonawcami**, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:.

.....
.....
Przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty lub informacje potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww. wykonawcy/wykonawców oraz że powiązania z ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

.....
.....

d

data, miejscowość i elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

